


GUANTES QUIRURGICOS O DE EXAMINACION DE NITRILLO.

Los guantes de procedimientos de nitrilo (100% Acrylonitrilo-butadieno), son fabricados libre de látex y sin polvo con formulación no alergénica. Su alta sensibilidad permite el manejo de equipamiento touchscreen de equipamiento electrónico dando mayor versatilidad. Este tipo de guante no posee polvo, **no tiene reacciones alérgicas** o molestias al uso.

Código	Modelo	Unidad/Caja
LC019	Talla XS ROSADO CLEANCARRIER	100 unidades
LC020	Talla S ROSADO CLEANCARRIER	100 unidades
LC021	Talla M ROSADO CLEANCARRIER	100 unidades
LC022	Talla L ROSADO CLEANCARRIER	100 unidades
LC023	Talla XL ROSADO CLEANCARRIER	100 unidades
LC024	Talla XS NEGRO CLEANCARRIER	100 unidades
LC025	Talla S NEGRO CLEANCARRIER	100 unidades
LC026	Talla M NEGRO CLEANCARRIER	100 unidades
LC027	Talla L NEGRO CLEANCARRIER	100 unidades
LC028	Talla XL NEGRO CLEANCARRIER	100 unidades
LC029	Talla XS AZUL CLEANCARRIER	100 unidades
LC030	Talla S AZUL CLEANCARRIER	100 unidades
LC031	Talla M AZUL CLEANCARRIER	100 unidades
LC032	Talla L AZUL CLEANCARRIER	100 unidades
LC033	Talla XL AZUL CLEANCARRIER	100 unidades



GUANTES QUIRURGICOS O DE EXAMINACION DE NITRILO.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

	Sí	No	No Aplica		Sí	No	No Aplica
Suave	☒	☐	☐	Respirable	☐	☐	☒
Hipoalergénico	☒	☐	☐	Adaptable	☒	☐	☐
Resistente	☒	☐	☐	Impermeable	☒	☐	☐

Especificación / Tamaño		X-Small	Small	Medium	Large	X Large	Tolerancia
Espesor	Longitud (mm)	240	240	240	240	240	+5
	Peso (gr)	2,8	3,0	3,5	4,0	4,5	+0,3
	Dedos	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	Min
	Palma	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	Min
	Muñeca	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	Min
	Ancho de la palma	75	85	95	105	115	+5
	Resistencia tracción	14 Mpa	14 Mpa	14 Mpa	14 Mpa	14 Mpa	Min
Elongación	Resistencia tracción	500	500	500	500	500	Min
	Resistencia tracción	400	400	400	400	400	Min

CERTIFICACIONES

ISO 13485 -2016.

Latex Free Certificate.

Registro ISP BBC: EDM 723/23.

